



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ξάνθη 3-6-15

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΟΙΚ/2080

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητήριο  
Τ.Κ. : 67100 Ξάνθη  
Τ.Θ. : 148  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Μουσικάκη  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 25413- 50142  
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ : 25413- 50176  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ : [emporiou@xanthi.gr](mailto:emporiou@xanthi.gr)  
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

### Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ενδιαφέρεται για την προμήθεια εξοπλισμού για την διενέργεια των ελέγχων εμπορικών επιχειρήσεων από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού και συγκεκριμένα: **μια πρότυπη ογκομετρική φιάλη ή εναλλακτικά έναν μετρητή ροής** για τον έλεγχο της ποσοτικής παράδοσης του υγραερίου κίνησης.

Για τον λόγο αυτό καλούμε τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν οικονομικές προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 17-6-15.

Η οικονομική προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ χωρίς και με ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

- 1. Τύπος οργάνου:** Πρότυπη Ογκομετρική Φιάλη ή μετρητής ροής
- 2. Βάρος:** Να μην υπερβαίνει τα πενήντα κιλά
- 3. Παροχή ρεύματος:** Συμβατή με το υπάρχον ελληνικό δίκτυο.
- 4. Αναγωγή Θερμοκρασίας:** Η συσκευή να διαθέτει θερμομέτρο και να συνοδεύεται από πίνακα αναγωγής του μετρούμενου όγκου συναρτήσει της θερμοκρασίας (για την Πρότυπη Ογκομετρική Φιάλη) .
- 5. Ενδείκτης:** Η συσκευή να φέρει ενδείκτη του αποτελέσματος της μέτρησης σε εμφανές σημείο.
- 6. Αβεβαιότητα:** Η αβεβαιότητα της μέτρησης να μην υπερβαίνει το 0,3 %.
- 7. Πιστοποιητικό Διακρίβωσης:** Η συσκευή να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης.
- 8. Πιστοποιητικό Ασφαλείας:** Η συσκευή να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ασφαλείας CE (δήλωση Συμμόρφωσης με εταιρική σφραγίδα και ιδιόχειρη υπογραφή).
- 9. Εγγύηση:** Η προσφερόμενη από τον κατασκευαστή διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής να είναι τουλάχιστον 2 έτη.

**10. Εγχειρίδιο χρήσης:** Η συσκευή να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά καθώς και τεχνικό φυλλάδιο με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.

**11. Ανταλλακτικά:** Ο χρόνος κάλυψης ανταλλακτικών να είναι τουλάχιστον 10 έτη.

**12. Εκπαίδευση χειριστών:** Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών πάνω στη χρήση και στη συντήρηση της συσκευής. (7 υπαλλήλων σε δύο γκρούπ).

**13. Συμβατότητα:** Η δυνατότητα σύνδεσης της συσκευής με όλους τους διανομείς υγραερίου.

**14. Γενικά :** Θα ληφθεί υπόψη η ευκολία στη μετακίνηση της συσκευής, ο χρόνος παράδοσης της, η δυνατότητα διακρίβωσης της συσκευής από ελληνικά εργαστήρια και σε περίπτωση βλάβης η δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης.

Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς πρέπει να έχει υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που τις καθιστά ασαφείς ή δυσανάγνωστες και θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη : «ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ».

Η παράδοση των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία 420 και 421 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης κάθε εργάσιμη ώρα και μέρα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα και ώρα στα τηλέφωνα 25413-50142 και 25413-50143.

**Μ.Ε.Π.**

**Η Προϊσταμένη της Δ/νσης**

**Κασάπη Αναστασία  
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού**