



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αλεξανδρούπολη, 26.06.2019  
Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 2672

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40  
Τ.Κ. : 68132 , Αλεξανδρούπολη  
Πληροφορίες: Δαστερίδου Παρασκευή  
Τηλέφωνο: 25513-57101  
Τηλεομοιότυπο : 25513 - 50590  
Ηλ. Ταχυδρομείο : anaptixi.evrou@pamth.gov.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΕΝΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ (ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΟ) 20 ΛΙΤΡΩΝ  
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ**

Η ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου, δια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ενός ογκομετρικού δοχείου (λιτρόμετρο) 20 λίτρων με πιστοποιητικό διακρίβωσης στα πλαίσια ετήσιου περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών, όγκου και επιφάνειας για τις ανάγκες του Αποκεντρωμένου Τμήματος Εμπορίου Ορεστιάδας της ΠΕ Έβρου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 487/2019 (ΑΔΑ: 78ΝΝ7ΛΒ-8ΜΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ' αριθ. 2725/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΥ07ΛΒ-ΚΒΝ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00 Ευρώ τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα η δαπάνη θα περιλαμβάνει:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	Ποσότητα/ Είδος - Τιμή	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ (ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΟ) 20 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ	1	1.500,00 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ιδιοχείρως ή με συστημένη αλληλογραφία στην ταχυδρομική διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, Τ.Κ. 68132, Αλεξανδρούπολη ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [anaptixi.evrou@pamth.gov.gr](mailto:anaptixi.evrou@pamth.gov.gr) μέχρι **27-06-2019** και ώρα **13.00** κάνοντας χρήση του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία στο τηλέφωνο 25513-57101 (υπεύθυνη: κ. Δαστερίδου Π.)

**Παρατηρήσεις:**

1. Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο της δαπάνης. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται τόσο ο ΦΠΑ όσο και οι προβλεπόμενες κρατήσεις.
2. Προσφορές για μέρος της προμήθειας, δε γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες, ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο δικαστικής χρήσης, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα συμμετοχής σε ισχύ τις οποίες θα προσκομίσουν άμεσα όταν ζητηθούν. Η υποβολή της προσφοράς στην παρούσα πρόσκληση ενέχει θέση δήλωσης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχει εις βάρος του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/16 άρθρο 73. Υποβολή προσφοράς στην παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή.
5. Η προσφορά σας να ισχύει για δύο μήνες και οι τιμές της προσφοράς θα είναι αμετάβλητες για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.
6. Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την αναθέτουσα αρχή η οποία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης / ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.
7. Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/16, άρθρο 90.
8. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. Κατάθεση προσφοράς μετά τη λήξη της προθεσμίας της παρούσας πρόσκλησης θεωρείται άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
9. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των υπηρεσιών/ποσοτήτων, αν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει.

### Προδιαγραφές:

1	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Πρότυπο ογκομετρικό δοχείο, μεταφερόμενο με το χέρι, με κλίμακα διαβάθμισης ενδείξεων στο λαιμό, το οποίο γεμίζει και αδειάζει από το στόμιο και προορίζεται για τον ογκομετρικό έλεγχο των αντλιών υγρών καυσίμων
2	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	20 λίτρα (διακριβωμένα με αναγωγή σε θερμοκρασία αναφοράς 15° C).
3	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Ανοξείδωτος χάλυβας πάχους 2,0 mm
4	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	ανεξίτηλη πινακίδα σήμανσης με τα στοιχεία: Α. Κατασκευαστής Β. Ονομαστική χωρητικότητα Γ. Συντελεστής κυβικής διαστολής του υλικού κατασκευής Δ. Αριθμός σειράς ( Serial number )
5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	Το λιτρόμετρο πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της σύστασης R120 του OIML, να είναι ιδιαίτερα στιβαρής κατασκευής και να φέρει κατάλληλες ενισχύσεις ώστε να μην παραμορφώνεται όταν είναι πλήρες υγρού. Επίσης πρέπει να διαθέτει κατάλληλη χειρολαβή για την μεταφορά του και πώμα.
6	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΓΚΟΥ	Πρέπει να είναι εφοδιασμένο με διάταξη ευκρινούς ένδειξης της στάθμης (διαφανές παράθυρο) του όγκου του υγρού, η οποία να βρίσκεται στο λαιμό του δοχείου. Η ένδειξη της στάθμης του υγρού πρέπει να γειτνιάζει με βαθμονομημένη κλίμακα, η οποία να έχει δυνατότητα ρύθμισης και να ασφαρίζεται - σφραγίζεται με κατάλληλο τρόπο
7	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ	Ίση ή μικρότερη από $\pm 0,1 \%$ και μέχρι τουλάχιστον $\pm 1,5 \%$ της ονομαστικής ποσότητας των 20 λίτρων. Αν δεν είναι εφικτή η αναγραφή της αριθμητικής τιμής όλων των υποδιαίρεσεων, τότε θα πρέπει να υπάρχει χαραγή και να αναγράφονται τουλάχιστον οι τιμές των υποδιαίρεσεων στις στάθμες: $\pm 0,5\%$ , $\pm 1\%$ , $\pm 1,5\%$
8	ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ	Το λιτρόμετρο πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Διακρίβωσης, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

		<p>A. Το σφάλμα και η αβεβαιότητα του λιτρόμετρου</p> <p>B. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για τη διακρίβωση με αναλυτικά στοιχεία και ο τρόπος υπολογισμού του σφάλματος και της διευρυμένης αβεβαιότητας</p> <p>Γ. Η ρύθμιση της χαραγής των 20 λίτρων έγινε με αναγωγή σε θερμοκρασία αναφοράς 15<sup>ο</sup> C</p> <p>Δ. Ο συντελεστής θερμικής διαστολής του υλικού κατασκευής του λιτρόμετρου και η αβεβαιότητα αυτού (Μέγιστη αποδεκτή ανοχή (σφάλμα και αβεβαιότητα μέτρησης): <math>\pm 0,1\%</math>.)</p>
9	ΣΦΡΑΓΙΣΗ	Η διάταξη ρύθμισης της ένδειξης της παραγράφου 5 θα ρυθμιστεί κατά τη διαδικασία της διακρίβωσης του και θα σφραγιστεί από το εργαστήριο διακρίβωσης, το οποίο έχει χορηγήσει το πιστοποιητικό
10	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Το λιτρόμετρο θα συνοδεύεται από κατάλληλη θήκη για την μεταφορά και φύλαξή του.

Συνημμένα: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

**Μ.Ε.Π.  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**  
**Καραολή & Δημητρίου 40, 68132, Αλεξ/πολη**  
**Τηλ. 25513-57101, Φαξ: 25513 - 50590**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:.....  
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.....  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:.....  
ΦΑΞ / Ε – MAIL :.....  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:.....

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΟΙΚ/..... πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας υποβάλλουμε οικονομική προσφορά για την προμήθεια ενός ογκομετρικού δοχείου (λιτρόμετρο) 20 λίτρων με πιστοποιητικό διακρίβωσης στα πλαίσια ετήσιου περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών, όγκου και επιφάνειας για τις ανάγκες του Αποκεντρωμένου Τμήματος Εμπορίου Ορεστιάδας της ΠΕ Έβρου:

Περιγραφή δαπάνης	Προδιαγραφές	Ποσότητα σε τμχ	Ποσό με Φ.Π.Α. 24% (ευρώ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ (ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΟ) 20 ΛΙΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ	ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	1	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			

(πόλη), (ημερομηνία)

Με εκτίμηση  
(Υπογραφή-Σφραγίδα)